Dossiê da emenda Pix 202543490001

Plano de ação 09032025-2-088376 - gerado em 22/11/2026

CINZA - Dados insuficientes / dentro do prazo

Ainda não avaliada.

Dados da emenda

Parlamentar	Delegado Palumbo
Beneficiário	MUNICIPIO DE SAO PAULO (SP)
Município / IBGE	São Paulo / 3550308
População (IBGE)	11911337
Valor previsto	R$ 297.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 297.000,00
Valor repassado	R$ 297.000,00
Primeiro pagamento	2025-12-18
Objeto declarado	SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA : Para o Hospital Municipal e Maternidade Mario Degni CNES DA UNIDADE: 2075717. Especificações Técnicas mínimas: ü Monitor (1 unidade por Torre de Vídeo): Monitor de Vídeo de LCD/ LED de Grau Médico de no mínimo 32 polegadas, com resolução mínima de 1920 x 1200 pixels e entrada de vídeo compatível com o processador de imagens. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. ü Endoscópios Rígidos (2 unidades por Torre de Vídeo): Com ângulo de visão de 30º e diâmetro de 10mm, comprimento de no mínimo 31cm, autoclavável, compatíveis com imagem Full HD, cestos de esterilização para todos os endoscópios fornecidos, ü Fonte de Luz Led (1 unidade por Torre de Vídeo): Fonte de iluminação LED com tela sensível ao toque e com iluminação equivalente a xênon 300W. Possuir controle de intensidade de luz, com no mínimo 30.000 horas de vida útil do LED. Com contador de horas digital com indicação do fim de vida útil da lâmpada. Com capacidade de ser controlável através da cabeça da câmera. Alimentação elétrica 127/220 VAC, 60 Hz. ü Unidade de Processamento (1 unidade por Torre de Vídeo): Microcâmera digital, com resolução mínima de 1920 x 1080 pixels, full HD, com 03 sensores de imagem (CCD ou CMOS). Com conexão compatível com óticas de diferentes fabricantes. Com função na processadora para ajuste de cor branca (White Balance), congelamento de imagem, brilho, zoom. Possuir conexões de saída de vídeo compatível com full HD. Com Zoom Parafocal ou Multifocal. Comprimento do cabo do cabeçote de no mínimo 3,0 metros. Cabeçote com botões livremente programáveis para controle da fonte de luz, insulflador e ajuste de funções. Possuir sistema de gravação full HD através de USB integrado à processadora de câmera. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz.), ü Insulflador de CO2 (1 unidade por Torre de Vídeo): Insuflador de CO2 com tela sensível ao toque, permitir ajuste de fluxo de no mínimo 0 a 40 litros/minuto. Permitir ajuste de pressão de no mínimo 0 a 25 mmHg e com display que indique a reserva de gás no cilindro, pressão no paciente, fluxo de gás e volume de gás. Dotado de circuito de segurança interno para alta e baixa pressão do cilindro e pressão negativa. Com sistema de aquecimento externo e autoclavável ou descartável. Com capacidade de ser controlável através da cabeça da câmera. Acompanha 01 mangueira com filtro acoplável ao insuflador para insuflação de CO2 ao paciente, 02 mangueiras com sistema de aquecimento e 01 mangueira de conexão do insuflador para o cilindro de CO2. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz ü Cabos de luz (1 unidade por Torre de Vídeo): Cabo de fibra óptica de no mínimo 2 metros compatível com a ótica, fonte de luz e câmera ü Rack (Armário - 1 unidade por Torre de Vídeo): Rack/Armário, torre, adequado para o correto armazenamento e movimentação de todos os equipamentos ofertados, com capacidade de armazenar os equipamentos e o cilindro de CO2 possuir porta frontal e traseira, rodízios emborrachados e com freios. A aquisição visa aumentar a quantidade de procedimentos realizados, reduzir o tempo de permanência na unidade e os riscos de infecção., garantir a continuidade do atendimento com excelência e aprimorar a capacidade técnica da

instituição para procedimentos de alta complexidade.

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202543490001 de Delegado Palumbo
2025-12-18 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-12-18
2025-12-18 Pagamento (ordem bancária) - R$ 297.000,00: 2025OB010025

Evidências avaliadas

Sem evidência encontrada nas fontes consultadas.

Fontes oficiais

transferegov: https://api.transferegov.gestao.gov.br/transferenciasespeciais/plano_acao_especial?id_plano_acao=eq.88376
portal_transparencia: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202543490001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.